fosfor kislota (15–30 %), ko'pik hosil qilmaydigan yuzasi faol moddalar (< 5 %) va suvli eritmada qo'shimcha moddalar mavjud.
Ishlatilishi: Qattiq vodoprovod suvi ishlatilganda yoki kukunlar bilan ifloslanishda profilaktik ishlov uchun MD 555 cleanerdan haftasiga bir-ikki marta, masalan, tushki tanaffus vaqtida, 5-foizli eritma tarzida muntazam foydalaning. Ifloslanish darajasi juda kuchli bo'lsa, har kuni foydalanish mumkin. Ta'sir qilishda min. vaqt 30 daqiqa, zaruriyatga qarab bu vaqtni cho'zish mumkin. Buning uchun 50 ml MD 555 cleanerni 1 l miqdorgacha suvga quying va OroCupdan foydalanib silkiting. Tupdonga ham 250 ml eritma qo'shing. Ta'sir qilish vaqti o'tgach, tozalangan qurilmani kamida 1 l suv bilan yaxshilab yuving. Murakkab holatlarda, masalan, bioplyonkalar bilan kuchli darajada ifloslangan aspiratsion tizimlarni tozalashda, MD 555 cleanerni Orotol® plus yoki Orotol® ultra kabi samarali dezinfeksiyalovchi vositalar bilan birga haftasiga bir martadan besh martagacha 10-foizli konsentratsiyada (100 ml MD 555 cleanerni 1 lgacha suvga quying) ishlatish mumkin. Kerakli natijaga erishish uchun ta'sir qiladigan eng ma'qul vaqt 1–2 soatni tashkil etadi. Tupdonga ham 250 ml eritma qo'shing.
Ko'rsatmalar: MD 555 cleaner, Orotol® plus yoki Orotol® ultra vositalari ishlatilgandan so'ng, aspiratsion qurilmani suv bilan yaxshilab yuvib tashlash lozim. Ushbu siklda tozalash va dezinfeksiya ishlari bevosita birin-ketin bo'lmasligi kerak. MD 555 cleaner alyuminiyni tozalash va kislotalar ta'siriga sezuvchan bo'lgan boshqa yuzalarni tozalash uchun mos kelmaydi. MD 555 cleaner eritmasini tunda surtib qoldirmang.

LOT Shtampga qarang.

Diqqat! Terida qo'zg'atishni chaqiradi. Ko'zning jiddiy qo'zg'alishini chaqiradi. Himoya qo'lqoplari va ko'z/yuz himoya vositalarini qo'llanilsin. Terida qo'zg'atish yoki toshmalar paydo bo'lganda: shifokorga murojaat qiling. KO'ZGA TUSHGANDA: ehtiyotlik bilan bir necha daqiqa davomida yuving. Imkon boricha kontakt linzalarni (agar bo'lsa) yechib qo'yilsin. Yuvish davom ettirilsin. Zich yopilgan idishlarni yaxshi shamollatiluvchi joyda saqlang. Vosita/idishni qiyin olib tashlanuvchi chiqindilar sifatida utilizatsiyaga jo'natilsin.

AZ MD 555 cleaner aspirasiya qurğuları üçün xüsusi təmizləyici

MD 555 cleaner – stomatoloji aspirasiya qurğuları, habelə onların boru xətləri üçün köpüklənməyən xüsusi təmizləyici vasitədir. Su boru xətti ilə problemlər olan zaman (məsələn, su codluğu yüksək olan zaman, tərkibində çətin həll olan duzlar olan zaman və s.) habelə boru xətləri narahat əyilən zaman MD 555 cleaner maddəsindən istifadə etmək tövsiyə olunur. Bundan başqa, dişlərin təmizlənməsi üçün xüsusi apparatların, misal üçün, tozsəkilli axınla təmizləyən apparatların istifadəsi zamanı MD 555 maddəsindən istifadə çox effektivdir. MD 555 maddəsinin müntəzəm tətbiqi aspirasiya qurğusunda çöküntü yaranmasının qarşısını alır. Xüsusi profilaktik tozların, yaxud kalsium karbonat əsaslı dənəvər məhsulların istifadəsi nəticəsində aspirasiya qurğusunda artıq yaranmış ərpi təmizləmək və yeni ərp yaranmasını önləmək olar. Xüsusi aktiv və yardımçı komponentlər sayəsində MD 555 cleaner maddəsi amalqam separatorları olan qurğular üçün çox uyğundur. Bundan başqa, MD 555 cleaner maddəsi – müxtəlif səthlərin üzərində əmələ gəlmiş ərplərin kənarlaşdırılması üçün universal maddədir (misal üçün, kafellər, əlüzyuyanlar).
Tərkibi: MD 555 cleaner maddəsi - tərkibində üzvi turşu (15–30 %), fosfor turşusu (15–30 %), köpük yaratmayan səthi-aktiv maddələr (< 5 %) və köməkçi maddələr ehtiva edən su məhluludur.
İstifadə qaydası: boru suyu cod olan zaman və ya profilaktik tozlar ilə çirklənən zaman MD 555 cleaner maddəsini 5%-li məhlul şəklində müntəzəm olaraq həftədə bir-iki dəfə, misal üçün, nahar fasiləsi zamanı tətbiq etmək lazımdır. Güclü çirklənmə zamanı hər gün istifadə etmək olar. ən qısa təsir müddəti 30 dəqiqədir, lazım gələn zaman müddəti uzatmaq olar. 50 ml MD 555 cleaner maddəsinin üzərinə məhlulun həcmi 1 litrə çatanadək su əlavə etmək və OroCup qabının köməyi ilə aspirasiya etmək lazımdır. Tüpürcək qabına da eyni zamanda 250 ml məhlul əlavə etmək lazımdır. Təsir müddəti bitən zaman təmizlənmiş qurğunu minimum 1 l su ilə yumaq tələb olunur. Çətin vəziyyətlərdə, misal üçün, bioplyonkalar ilə çox çirklənmiş aspirasiya sistemlərinin təmizlənməsi üçün həftədə bir dəfədən beş dəfəyədək MD 555 cleaner maddəsini 10%-lik konsentrasiyada (100 ml MD 555 cleaner maddəsini 1 l-ədək suya əlavə etmək lazımdır) növbə ilə Orotol® plus və ya Orotol® ultra effektiv dezinfeksiyaedici maddələr ilə birlikdə tətbiq etmək olar. Lazımi effektin əldə olunması üçün optimal təsir müddəti 1-2 saatdır. Tüpürcək qabına da eyni zamanda 250 ml məhlul əlavə edirlər.
Göstərişləri: MD 555 cleaner, Orotol® plus və ya Orotol® ultra maddəsinin tətbiqindən sonra aspirasiya qurğusunun bol su ilə yuyulması vacibdir. Bununla yanaşı, təmizləmə və dezinfeksiya sikilləri bilavasitə bir-birinin ardınca yerinə yetirilməməlidir. MD 555 cleaner maddəsi alüminiumdan və turşuların təsirinə həssas olan materiallardan hazırlanmış səthlər üçün uyğun deyildir. MD 555 cleaner maddəsini təsir göstərməsi üçün səthə tətbiq edib bütün gecəni saxlamaq olmaz.

LOT Möhürə baxın.

Diqqət! Dəri qıcıqlanmasına səbəb olur. Gözlərin kəskin qıcıqlanmasına səbəb olur. Qoruyucu əlcək, eynək və maskalardan istifadə edin. Dəridə qıcıqlanma və ya səpki yaranan zaman: həkimə müraciət edin. GÖZƏ DÜŞƏN ZAMAN: bir neçə dəqiqə ərzində gözlərinizi yaxşıca yuyun. İmkan olarsa, kontakt linzalarınızı (əgər varsa) çıxarın. Gözlərinizi yumağa davam edin. Bərk bağlanmış qablaşdırmanı yaxşı havalandırılan bir yerdə saxlamaq lazımdır. Qablaşdırmanı xüsusi növ tullantı kimi istifadəyə göndərin.

AM MD 555 cleaner շնչառական/ասպիրացիոն սարքերի հատուկ մաքրող միջոց

MD 555 cleaner-ը ոչ փրփրաստեղծ ատամնաբուժական ասպիրացիոն սարքերի, այդ թվում շրահեռացման խողովակային համակարգի հատուկ մաքրող միջոց է: MD 555 cleaner-ը խորհուրդ է տրվում օգտագործել ջրի ծորակի հետ խնդիրների դեպքում (օրինակ, կոշտ ջրի դեպքում, դժվար լուծվող աղերի դեպքում և այլն), ինչպես նաև անհարմար թեքությունն արտամղող խողովակների դեպքում: Բացի այդ, MD 555 cleaner-ը շատ արդյունավետ է ատամների մաքրման հատուկ գործիքների հետ համադրությամբ, օրինակ փշրահատիկների մաքրման սարքերը: MD 555 cleaner-ի կանոնավոր օգտագործումը կանխում է ասպիրացիոն սարքերի փտանալումը: Կանխում է պրոֆիլակտիկ բուժման ժամանակ դժվար լուծվող նյութերով ասպիրացիոն սարքերի խցանումը (օրինակ, պրո ֆիլակտիկ փոշու կամ նատրիումի կարբոնատի հիմքով պատրաստված մարգարտե նյութերը), իսկ արդեն առկա նատաձքները լուծվումեն: Շնորհիվ իր հատուկ ակտիվ և օժանդակ բաղադրիչների, MD 555 cleaner-ը իդեալական է ալմազաժիգենտրիֆուգով/սեպարատորով սարքերի համար: Բացի այդ, MD 555 cleaner-ը ունիվերսալ միջոց է ցանկացած մակերեսներից կոշտ ջրի նատվածքի հեռացման համար (օրինակ կերամիկական սալիկները, քրոմանները):
Բաղադրությունը. MD 555 cleaner -ը պարունակում է օրգանական թթուներ (15-30%), ֆոսֆորական թթու (15-30%), ոչ փրփրաստեղծ արտաքին ակտիվ նյութեր (<5%) և օժանդակ նյութեր ջրային լուծույթում:
Կիրառումը. Կոշտ ջրի կամ փոշիներով աղտոտման դեպքում, պրոֆիլակտիկ վերամշակման համար պարբերաբար օգտագործեք MD 555 cleaner-ը 5 տոկոսանոց լուծույթի ձևով, շաբաթական մեկ կամ երկու անգամ, օրինակ ընդմիջման ընթացքում: Շատ աղտոտվածության դեպքում միջոցը կարող է օգտագործվել ամեն օր: Ներգործման ամենակարճ ժամանակը կազմում է 30 րոպե, անհրաժեշտության դեպքում այն կարելի է ավելացնել: Դրա համար անհրաժեշտ է 50 մլ MD 555 cleaner-ը լցնել մինչև 1 լ ջրի մեջ և ներմղել օգտագործելով OroCup: Թքամանի մեջ նույնպես ավելացրեք 250 մլ լուծույթ: Ազդեցությունն անցնելուց հետո ախտահանված սարքը մանրակրկիտ լվացեք ամենաքիչը 1 լ ջրով: Բարդ դեպքերում, օրինակ, ասպիրացիոն համակարգի կենսաթաղանթով խորը աղտոտվածության մաքրման դեպքում, կարելի է MD 555 cleaner-ն օգտագործել Orotol® plus կամ Orotol® ultra արդյունավետ ախտահանիչի հետ համատեղ շաբաթական մեկից հինգ անգամ 10 տոկոս խտությամբ (100 մլ MD 555 cleaner-ը լցնել մինչև 1 լիտր ջրի մեջ): Ցանկալի ազդեցության հասնելու համար ներգործման լավագույն ժամանակը կազմում է 1-2 ժամ: Թքամանի մեջ նույնպես ավելացրեք 250 մլ լուծույթ:
Ծուցումներ. MD 555 cleaner, Orotol® plus կամ Orotol® ultra միջոցները կիրառելուց հետո ասպիրացիոն սարքերն Անհրաժեշտ է մանրակրկիտ լվանալ ջրով: Ընդորում, մաքրման և ախտահանման ցիկլերը չպետք է անմիջապես հետևեն միմյանց: MD 555 cleaner-ը հարմար չէ ալյումինից և քիումների նկատմամբ զգայուն մակերեսների մաքրման համար: MD 555 cleaner լուծույթը մի թողեք գիշերը ներգործման համար:

LOT Տես տուփի վրա:

Ուշադրությո՛ւն: Առաջացնում է մաշկիգրգռում: Առաջացնում է աչքերի լուրջ գրգռում: Օգտագործել պաշտպանիչ ռետինե ձեռնոցներ և աչքերի/դեմքի այլ պաշտպանիչ միջոցներ: Մաշկի գրգռվածության կամ ցանի առաջացման դեպքում դիմել բժշկի օգնությանը: ԱՉՔԵՐԻ ՄԵՋ ԼՅՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ՝ աչքերը մի քանի րոպե մանրակրկիտ լվանալ ջրով: Հնարավորության դեպքում հանել կոնտակտային լինզաները (եթե այդպիսիք կան): Շարունակել լվացումը: Ամուր փակված տարրաները պահել լավ օդափոխվող տարածքում: Տարրայի միջի պարունակությունն ուղարկել վերամշակման որպես դժվարանցանելի թափոն:

MD 555 cleaner

EN	Special detergent for suction systems
RU	Специальное чистящее средство для аспирационных установок
UA	спеціальний очищувач для аспіраційних установок
KZ	аспирациялық қондырғыларға арналған арнайы тазартқыш
UZ	aspiratsion qurilmalar uchun maxsus tozalagich
AZ	aspirasiya qurğuları üçün xüsusi təmizləyici
AM	շնչառական/ասպիրացիոն սարքերի հատուկ մաքրող միջոց

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim, DE
a DÜRR DENTAL company
Tel: +49 7142 705-0
info@duerrdental.com · www.duerrdental.com
Made in Germany

DÜRR DENTAL

E555.07.02.6*2018.05

EN MD 555 cleaner Special detergent for suction systems

MD 555 cleaner is a non-foaming special cleaner for dental suction systems including drainage lines. Use of MD 555 cleaner is recommended for regions with problematic tap water (e.g. high water hardness, antisoluble salts, etc.) and for drainage lines with insufficient gradient. Regular use of MD 555 cleaner prevents formation of deposits and blockages, and dissolves existing deposits. Furthermore, MD 555 cleaner is particularly indicated when special tooth cleaning equipment is used, such as air abrasion systems.

Regular application of MD 555 cleaner prevents build-up of deposits in the suction system. Blockages in the suction system due to the use of sparingly soluble preventive products such as preventive powders or pearl products, especially on the basis of calcium carbonates, are avoided and already existing deposits are dissolved. The special active ingredients and other constituents make MD 555 cleaner particularly suitable for systems with amalgam separators. Furthermore, MD 555 cleaner can be used anywhere where deposits of water hardness need to be removed from surfaces (such as tiles or sinks).

Composition: MD 555 cleaner contains organic acids (15 - 30 %), phosphoric acid (15 – 30 %), non-foaming surfactants (< 5 %) and adjuvants in aqueous solution.

Application: In situations with hard water or prophy powder contamination, apply a 5 percent solution of MD 555 cleaner regularly (once to twice per week) e.g. during lunch breaks. In case of extremely high levels of contamination, the solution may also be applied daily. The shortest contact time is 30 minutes. This can be extended if required. To use, make up MD 555 cleaner to a volume of 1 litre with water and suck the solution through using the OroCup. Also add 250 ml of solution to the spittoon. At the end of the standing time, flush the system after cleaning with at least 1 litre of water.

In problematic situations and when cleaning suction systems with severe biofilm contamination (in this case, alternating with active disinfectants such as Orotol® plus or Orotol® ultra), MD 555 is used - once to 5 times a week - at a concentration of 10 % (make 100 mL MD 555 cleaner up to 1 litre with water). The optimum effect is obtained with a contact time of 1 - 2 hours. Also add 250 ml of solution to the spittoon.

Please note: Rinse suction systems thoroughly with plenty of water after and between uses of MD 555 cleaner, Orotol® plus or Orotol® ultra. Make sure to avoid cleaning cycles followed immediately by disinfection cycles. MD 555 cleaner is not suitable for use on aluminium and other acid-sensitive surfaces. Do not leave MD 555 cleaner solution in contact with surfaces overnight.

LOT see imprint.

Warning. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Wear protective gloves and eye/face protection. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

RU MD 555 cleaner Специальное чистящее средство для аспирационных установок

MD 555 cleaner представляет собой специальное беспенное чистящее средство для стоматологических аспирационных установок и их сточных трубопроводов. MD 555 cleaner рекомендуется применять при плохом качестве водопроводной воды (например, высокая жёсткость воды, наличие труднорастворимых солей и т.д.), а также при использовании сточных трубопроводов с неблагоприятным уклоном. Кроме того, рекомендуется применять MD 555 cleaner при использовании специальных стоматологических чистящих аппаратов, напр., аппаратов для чистки порошковой струёй.

Регулярное применение средства MD 555 cleaner препятствует образованию осадка в вытяжном устройстве. Можно избежать засорения вытяжного устройства, вызванного использованием таких труднорастворимых профилактических продуктов, как специальные профилактические порошки или крупнозернистые продукты на основе карбонатов кальция, при этом уже имеющийся осадок растворяется. Благодаря наличию специальных активных и вспомогательных компонентов средство MD 555 cleaner особенно подходит для установок с сепаратором амальгамы. Также MD 555 cleaner может универсально применяться для удаления известковых отложений с различных поверхностей (напр., кафеля, раковин).

Состав: средство MD 555 cleaner содержит органические кислоты (15 - 30 %), фосфорную кислоту (15 – 30 %), не пенящиеся поверхностно-активные вещества (< 5 %) и вспомогательные вещества в водном растворе.

Применение: При жёсткой воде или загрязнении профилактическими порошками применять MD 555 cleaner регулярно в виде 5 %-ного раствора один-два раза в неделю, напр., во время обеденного перерыва. При особенно сильном загрязнении - ежедневно. Минимальное время воздействия составляет 30 минут, при необходимости его можно увеличить. 50 мл MD 555 cleaner развести водой, доведя объём до 1 л, и аспирировать с использованием устройства OroCup. В плевательницу также необходимо налить 250 мл раствора. По истечении времени воздействия промыть очищенную установку минимум 1 литром воды.

В проблемных случаях и при санировании аспирационных установок, сильно загрязнённых биоплёнками, применять MD 555 cleaner – поочерёдно с эффективными дезинфицирующими средствами типа Orotol® plus или Orotol® ultra – от одного до пяти раз в неделю в 10%-ной концентрации (100 мл MD 555 cleaner на 1 л воды). Оптимальный эффект достигается при времени воздействия 1-2 часа. В плевательницу также необходимо налить 250 мл раствора.

Указания: После каждого использования MD 555 cleaner, Orotol® plus или Orotol® ultra тщательно промывать аспирационную установку большим количеством водой. Циклы чистки и дезинфекции не должны следовать непосредственно друг за другом. Средство MD 555 cleaner непригодно для обработки алюминиевых и других чувствительных к кислоте поверхностей. Не оставлять нанесённый раствор MD 555 cleaner на ночь.

LOT см. упаковку.

Внимание. Вызывает раздражение кожи. Вызывает сильное раздражение глаз. Носить защитные перчатки и защитные очки/маску. При раздражении или сыпи на коже: проконсультироваться у врача/обратиться за врачебной помощью. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить промывать глаза. Хранить емкость плотно закрытой в хорошо проветриваемом месте. Подавать содержимое/емкость в качестве специального вида отходов.

UA MD 555 cleaner спеціальний очищувач для аспіраційних установок

MD 555 cleaner спеціальний очищувач, що не утворює піни для стоматологічних аспіраційних установок, включаючи їх відвідні трубопроводи. Рекомендується застосовувати MD 555 cleaner при проблемах з водопровідною водою (наприклад, при високій жорсткості води, наявності важкорозчинних солей і т. п.), а також при незручному нахилі відвідних трубопроводів. Крім того, дуже ефективним є використання MD 555 cleaner в поєднанні зі спеціальними апаратами для очищення зубів, наприклад апаратів для очищення струменем порошку. Регулярне застосування MD 555 cleaner запобігає утворенню нальоту в аспіраційній установці. Попереджається засмічення аспіраційної установки важко розчинними продуктами для профілактичної обробки (наприклад, профілактичними порошками або продуктами з перлинами на основі карбонату кальцію), а вже наявні відкладення розчиняються. Завдяки спеціальним активним і допоміжним компонентам MD 555 cleaner оптимально підходить для установок з сепаратором амальгами. Крім того, MD 555 cleaner – універсальний засіб для видалення нальоту від жорсткої води з будь-яких поверхонь (наприклад, керамічної плитки, плювальниць).

Склад: MD 555 cleaner містить органічні кислоти (15–30 %), фосфорну кислоту (15–30 %), поверхнево-активні речовини, що не утворюють піни (< 5 %) і допоміжні речовини у водному розчині.

Застосування: при наявності жорсткої водопровідної води або забруднення порошками для профілактичної обробки регулярно застосовувати MD 555 cleaner у вигляді 5-процентного розчину один-два рази на тиждень, наприклад під час обідньої перерви. При дуже сильних забрудненнях можна застосовувати щодня. Найкоротший час впливу становить 30 хвилин, при необхідності його можна подовжити. Для цього долити 50 мл MD 555 cleaner водою до 1 л і прокачати із застосуванням OroCup. У плювальницю також додати 250 мл розчину. Після закінчення часу впливу промити очищену установку як мінімум 1 л води. У складних випадках, наприклад при очищенні дуже забрудненої біоплівки аспіраційних систем, можна застосовувати MD 555 cleaner в поєднанні з ефективними дезінфікуючими засобами Orotol® plus або Orotol® ultra від одного до п'яти разів на тиждень в 10-відсотковій концентрації (100 мл MD 555 cleaner долити водою до 1 л). Оптимальний час впливу для досягнення потрібного ефекту становить 1–2 години. У плювальницю також додати 250 мл розчину.

Вказівки: після застосування засобів MD 555 cleaner, Orotol® plus або Orotol® ultra необхідно ретельно промивати аспіраційні установки водою. При цьому цикли очищення і дезінфекції не повинні йти безпосередньо один за одним. MD 555 cleaner не підходить для очищення алюмінію і інших поверхонь, чутливих до дії кислот. Не залишати розчин MD 555 cleaner для впливу на ніч.

LOT Див. штамп.

Увага! Викликає подразнення шкіри. Викликає серйозне подразнення очей. Надягти рукавички, забезпечити захист очей / обличчя. У разі виникнення подразнень шкіри або висипання на шкірі: звернутися за порадою до лікаря або за медичною допомогою. У РАЗІ КОНТАКТУ З ОЧИМА: протягом декількох хвилин ретельно промити водою. Якщо є контактні лінзи, зняти у разі можливості. Продовжувати промивати. Зберігати контейнер щільно закритим у добре вентильованому місці. Вміст/контейнер необхідно утилізувати в пункті прийому небезпечних або особливих відходів.

KZ MD 555 cleaner аспирациялық қондырғыларға арналған арнайы тазартқыш

MD 555 cleaner – стоматологиялық аспирациялық қондырғылардың, оның ішінде олардың бағыттауш құбыр жолдарын қоса алғанда, көбік жасамайтын арнайы тазартқышы. MD 555 cleaner құбыр суымен мәселе болған жағдайда (мысалы, су қаттылығы жоғары болған жағдайда, құрамында қиын еритін тұздардың болуы және т.б.), сондай-ақ бағыттаушы құбыр жолдары ынғайсыз көлбеу болған кезде қолдану ұсынылады. Сонымен қатар, MD 555 cleaner тістерді тазартуға арналған арнайы аппараттармен, мысалы, ұнтақ ағынымен тазартуға арналған аппараттармен үйлесімде қолдану тиімді. MD 555 cleaner жүйелі түрде қолдану аспирациялық қондырғыда өнездің пайда болуының алдын алады. Аспирациялық қондырғының қиын еритін өнімдермен (мысалы, профилактикалық ұнтақтармен немесе кальций карбонаты негізіндегі мәруерті бар өнімдермен) бітелуі ескеріледі, ал қолда бар шөгінділер ериді. MD 555 cleaner арнайы белсенді және қосымша компоненттерінің арқасында амальгама айырғыштары бар қондырғылар үшін оңтайлы жарайды. Сонымен қатар, MD 555 cleaner – кез келген беттік қабаттардан (мысалы, керамикалық плиткадан, тұқиғіштен) қатты судан болған өнездерді кетіруге арналған әмбебап құрал.

Құрамы: MD 555 cleaner құрамында органикалық қышқылдар (15–30 %), фосфорлық қышқыл (15–30 %), көбік жасамаушы беттік белсенді заттар (< 5 %) және су ерітіндісіндегі қосымша заттар бар.

Қолданылуы: қатты құбыр суы болған немесе ұнтақтармен ластанған жағдайда профилактикалық өңдеу үшін 5 пайыздық түрінде MD 555 cleaner аптасына бір-екі рет, мысалы, түскі үзіліс кезінде қолдану қажет. Өте қатты ластану жағдайында күнде қолдануға болады. Әсер етудің ең қысқа уақыты 30 минутты құрайды, қажет болған жағдайда оны арттыруға болады. Бұл үшін MD 555 cleaner 50 мл сумен 1 л дейін толтыра құю және OroCup қолданып тартып алу қажет. Сондай-ақ, түкіргішке ерітіндінің 250 мл қосу қажет. Әсер етудің уақыт өткеннен кейін тазартылған қондырғыны кем дегенде судың 1 л шаю қажет. Күрделі жағдайларда, мысалы, биоүлдірлермен қатты ластанған аспирациялық жүйелерді тазарту кезінде MD 555 cleaner Orotol® plus немесе Orotol® ultra тиімді залалсыздандырушы құралдармен үйлесімде 10 пайыздық шоғырлануда (MD 555 cleaner 100 мл 1 л сумен толтыра құю қажет) аптасына бірден бастап онға дейін қолдануға болады. Қажетті нәтижеге жету үшін әсер етудің оңтайлы уақыты 1-2 сағатты құрайды. Сондай-ақ, түкіргішке ерітіндінің 250 мл қосу қажет.

Нұсқаулар: MD 555 cleaner, Orotol® plus немесе Orotol® ultra құралдарын қолданғаннан кейін аспирациялық қондырғыларды мұқият шаю қажет. Бұл ретте тазарту және залалсыздандыру циклдері тікелей бірінен соң бірі жүрмеуі тиіс. MD 555 cleaner алюминий және басқа қышқылдар әсеріне сезгіш беттерді тазартуға жарамайды. MD 555 cleaner әсер ету үшін түнгіге қалдыруға болмайды.

LOT Мертабанды қар.

Назар аударыңыз! Көздің тітіркенуіне әкеледі. Көздің күрделі тітіркенуіне себеп болады. Қорғаныш қолғабын және көзді / бетті қорғау құралдарын қолдану қажет. Теріде тітіркену немесе бөрту пайда болған кезде дәрігерге көрініңіз. КӨЗГЕ ТИГЕНДЕ: көзді бірнеше минут бойы сумен ұқыпты жуыңыз. Мүмкіндігіңше жанасталы линзаны шешу қажет (бар болса). Шаюды жалғастырыңыз. Тығыз жабылған сыйымдылықтарды жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. Ішіндегісін / ыдысты қиын кетірілетін қалдықтар ретінде кәдеге жаратуға жіберу қажет.

UZ MD 555 cleaner aspiratsion qurilmalar uchun maxsus tozalagich

MD 555 cleaner – stomatologik aspiratsion qurilmalar, jumladan ularning chiquvchi quvurlari uchun ko'pik hosil qilmaydigan maxsus tozalagich. Vodoprovod suvi bilan bo'lgan muammolarda (masalan, suvning qattiqlik darajasining yuqoriligi, uning tarkibida qiyin eriydigan tuzlar bo'lishi va b.), shuningdek chiquvchi truboprovodlarning noqulay qiyaligida MD 555 cleanerdan foydalanish tavsiya qilinadi. Bundan tashqari, MD 555 cleanerni maxsus tishni tozalash uskunalari bilan birga ishlatish juda samarali, masalan, ingichka oqimli poroshok bilan tozalash uskunasi shular jumlasidan. MD 555 cleanerdan muntazam foydalanish aspiratsion qurilmada qatlamlar hosil bo'lishining oldini oladi. Profilaktik ishlov berish uchun aspiratsion qurilmaning qiyin eriydigan mahsulotlar, misol uchun profilaktik kukunlar yoki kalsiy karbonat asosidagi marvaridli mahsulotlar bilan to'lib qolishining oldi olinadi, qatlam bo'lib ulgurgan cho'kindilar esa eriydi. MD 555 cleanerning maxsus faol va qo'shimcha tarkibiy qismlarga egaligi bois, amalgama separatorli qurilmalar uchun a'lo darajada mos keladi. Bundan tashqari, MD 555 cleaner – qattiq suvning cho'kib qotib qolgan qatlamini har qanday yuzadan (masalan, sopol plitka, tupdonlar) olib tashlaydigan universal vosita.

Tarkibi: MD 555 cleaner tarkibida organik kislotalar (15–30 %),